

Tytuł projektu: „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego”

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**na dostawę aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej** na potrzeby firmy **GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** do realizacji projektu pt. *„Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego”* w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Wrocław, dnia 22.12.2023 r.

## I. ZAMAWIAJĄCY

### **GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ul. WIDOK nr 10  
50 – 051 WROCŁAW  
NIP: 7010986437

#### Osoba do kontaktu:

**Agata Wilk**

tel.: 798776690

E-mail: [a.wilk@greenlanes.pl](mailto:a.wilk@greenlanes.pl)

#### Miejsce realizacji projektu:

Majdan Krasieniński 42A  
21 - 025 Smugi

## II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego.
2. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim**.
3. Zamawiający **nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych**.
4. Zamawiający nie przewiduje **zwrotu kosztów** udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu na składanie wyjaśnień, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie w przypadku gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
7. W razie **unieważnienia postępowania** oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

## III. CEL PROJEKTU, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej** na potrzeby firmy **GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej** na potrzeby firmy **GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**.

Urządzenie zostanie przeznaczone do określania profilu aminokwasowego produktu, zawartości lizynoalaniny oraz zawartości edestyny w produkcie.

#### **Minimalne parametry:**

##### **Dwutłokowa pompa gradientowa:**

- Formowanie gradientu 4 składnikowego po stronie niskiego ciśnienia
- Zakres przepływu eluentu: od 0.001 do 10.000 ml/min
- Precyzja natężenia przepływu  $\leq 0.075\%$  RSD
- Dokładność przepływu nie gorsza niż  $\pm 0.1\%$ ,
- Zakres ciśnień roboczych: do min. 40 MPa w zakresie przepływu do co najmniej 3 ml/min
- Degazer co najmniej 4 kanałowy
- Automatyczne przemywanie tłoków
- Wbudowany czujnik wycieku w pompie

##### **Autosampler:**

- zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,1  $\mu$ l do 100  $\mu$ l z możliwością rozbudowy do większych objętości
- pojemnik na min. 96 fiolek o obj. 1,5-2 ml
- termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +45 °C
- precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD
- współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0025%

##### **Termostat do kolumn:**

- Termostat do kolumn na min. 1 kolumnę o średnicy 7,8 mm 30 cm długości z prekolumną
- Termostatowanie kolumn w zakresie min. 10 °C poniżej temperatury otoczenia do +85°C,

##### **Detektor UV-VIS z matrycą diodową**

- Zakres długości fali co najmniej 190-800 nm
- Ilość elementów światłoczułych: min. 500
- Częstotliwość zbierania danych: min. 80 Hz
- Maksymalny poziom szumu:  $1 \times 10^{-5}$  AU
- Maksymalny poziom dryftu:  $1 \times 10^{-3}$  AU/h
- Celka przepływowa o drodze optycznej 10 mm i objętości max. 13  $\mu$ l

##### **Detektor fluorescencyjny**

- Zakres długości fal obejmujący przedział nie mniejszy niż od 200 do 750 nm
- Czułość S/N: minimum 500 Raman H<sub>2</sub>O (pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise)
- Cella pomiarowa o objętości nie większej niż 13  $\mu$ l
- Wbudowany czujnik wycieku cieczy
- Wszystkie elementy zestawu sterowane, kontrolowane, umożliwiające zbieranie i obróbkę uzyskanych danych z jednego oprogramowania
- Możliwość monitorowania minimum 4 długości fali

##### **Oprogramowanie**

- Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC,

- Kontrola zmian dokonanych na danych chromatograficznych
- Możliwość tworzenia własnych raportów
- Kontrola wszystkich modułów chromatografu w zakresie sterowania i zbierania danych
- Generowanie wartości LOD i LOQ bezpośrednio z krzywej kalibracyjnej

**Zestaw instalacyjny** z niezbędnymi narzędziami i akcesoriami, wraz ze wszystkimi połączeniami, złączkami kapilarami itp. w tym:

- zestaw narzędzi i akcesoriów umożliwiający podstawowe czynności serwisowe, w tym wymiana uszczelki, tłoków i itp.
- zestaw startowy zawierający elementy niezbędne do pierwszego uruchomienia aparatu (obejmujący butelki do faz HPLC oraz zbiornik na zlewki wraz z nakrętkami zawierającymi filtry uniemożliwiające wydostawanie się oparów rozpuszczalników
- kolumna chromatograficzna właściwa do oznaczeń aminokwasów metodą OPA/FMOC z derywatyzacją w igle autosamplera wraz z uchwytem do przedkolumny i przedkolumnami

#### **Dodatkowe wymagania**

- zaproponowany aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej powinien zawierać jednostkę sterującą o parametrach zalecanych przez producenta oferowanej aparatury oraz zestaw zawierający komputer i monitor 24 -27 cali WQHD
3. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia **dostawę, wniesienie, uruchomienie, montaż, przeprowadzenie prób, testów** i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji wskazanym przez Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
  4. Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch **dokona Wykonawca w miejscu realizacji projektu wskazanym przez Zamawiającego.**
  5. Koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do miejsca realizacji wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę;
  6. Wykonawca w trakcie odbioru Przedmiotu zamówienia dokona instruktażu obsługi Przedmiotu zamówienia dla co najmniej **2 pracowników** Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej sprzętu oraz oprogramowania, prawidłowego wykorzystania i utrzymania Przedmiotu zamówienia.
  7. **Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.**
  8. **Maksymalny czas reakcji serwisu z dojazdem do Zamawiającego wynosi 48 h.**
  9. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.
  10. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim **atesty** dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z **normami** obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
  11. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest miejsce realizacji projektu wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.
  12. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania **równoważnych rozwiązań.**

13. W razie opisanego Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 3 – Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia, w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
14. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
16. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub równoważny.
17. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące **dokumenty**:
  - a. instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej)
  - b. dokument gwarancyjny w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej)
  - c. certyfikat CE
  - d. deklarację zgodności CE oraz wszelkie wymagane certyfikaty i atesty w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej),
  - e. instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika – 1 egzemplarz w wersji papierowej , 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

8. Kod CPV: **38432200 – 4 chromatografy**

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)**

1. Termin realizacji zamówienia - w ciągu **8 tygodni od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą lub od daty podpisania umowy i zapłaty zaliczki<sup>1</sup> w wysokości 30%**.
2. Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

#### **V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w **Formularzu Ofertowym (Załącznik 1)**.

---

<sup>1</sup> W zależności, który termin jest korzystniejszy dla Zamawiającego

2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako **cena netto**, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena netto Przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania. Ponadto **ocenie będzie podlegało dodatkowo: okres gwarancji, czas reakcji serwisu z dojazdem do Zamawiającego oraz czułość detektora fluorescencyjnego.**
4. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszanego w dniu **05.01.2024 r.**
5. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do oddania przedmiotu zamówienia.
6. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

## VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 05.01.2024 roku do godz. 12:00** pod adresem: Majdan Krasieniński 42A, 21-025 Smugi, w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: [a.wilk@greenlanes.pl](mailto:a.wilk@greenlanes.pl)
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna minimum **30 dni od terminu składania ofert**. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
4. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić **zmiany** do złożonej oferty lub ją **wycofać**. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „**ZMIANA OFERTY**” lub „**WYCOFANIE OFERTY**”.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców **wyjaśnień** dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie **oferta zostanie odrzucona**.
7. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie **oferta zostanie odrzucona**.
8. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub elektronicznej – rozumianą jako skan podpisanego oryginału lub dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wysłaną drogą e-mail lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym **formularz ofertowy** oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.

12. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

#### VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRYZNANAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

| KRYTERIUM                           | WAGA (pkt) |
|-------------------------------------|------------|
| CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    | 60         |
| CZUŁOŚĆ DETEKTORA FLUORESCENCYJNEGO | 20         |
| OKRES GWARANCJI                     | 10         |
| CZAS REAKCJI SERWISU                | 10         |

#### CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PC

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P_c = (C_n \times 60) / C_b$$

gdzie,

$P_c$  – otrzymane punkty za kryterium łączna cena netto przedmiotu zamówienia

$C_n$  – cena netto przedmiotu zamówienia najniższej spośród złożonych Ofert

$C_b$  – cena netto przedmiotu zamówienia badanej Oferty

Oferta za kryterium „cena netto przedmiotu zamówienia” może otrzymać maksymalnie **60 pkt.**

#### CZUŁOŚĆ DETEKTORA FLUORESCENCYJNEGO – PD

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, **(Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym parametr dotyczący czułości detektora fluorescencyjnego jako S/N Raman H2O - pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise).**

W ramach kryterium „czułość detektora fluorescencyjnego” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

| Lp. | Czułość detektora fluorescencyjnego   | Liczba przyznanych punktów |
|-----|---|----------------------------|
| 1   | S/N 500 Raman H2O (pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise) | 0                          |
| 2   | S/N 501 – 1000 Raman H2O (pomiar czułości nie dotyczy                                     | 5                          |



|   |   |           |
|---|---|-----------|
|   | czułości mierzonej w warunkach dark noise)  |           |
| 3 | S/N <b>1001 – 1200</b> Raman H2O (pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise)  | <b>10</b> |
| 4 | S/N <b>powyżej 1200</b> Raman H2O (pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise) | <b>20</b> |

W razie, gdy Wykonawca nie wskaże parametru czułości detektora fluorescencyjnego jako S/N Raman H2O (pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise) w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametru czułości detektora fluorescencyjnego jako S/N Raman H2O (pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise) **mniejszego niż S/N 500** Raman H2O, oferta Wykonawcy zostanie **odrzucona** jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Oferta za kryterium „**czułość detektora fluorescencyjnego**” może otrzymać maksymalnie **20,00 pkt.**

#### **OKRES GWARANCJI – PG**

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy)

W ramach kryterium „**okres gwarancji**” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

| Lp. | Okres gwarancji w liczbie miesięcy | Liczba przyznanych punktów |
|-----|------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 12 miesięcy                        | <b>0</b>                   |
| 2   | 24 miesiące                        | <b>5</b>                   |
| 5   | 36 miesiące i więcej               | <b>10</b>                  |

W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesiące. Zamawiający jednocześnie informuje, że **minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesiące**. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji **krótszego niż 12 miesiące**, oferta Wykonawcy zostanie **odrzucona** jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Oferta za kryterium „**okres gwarancji**” może otrzymać maksymalnie **10,00 pkt.**

#### **CZAS REAKCJI SERWISU z dojazdem do Zamawiającego – PS**



W kryterium **czas reakcji serwisu** Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego liczony w pełnych godzinach zegarowych. Zamawiający informuje, że maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego nie może być dłuższy niż 48 godzin liczony od zgłoszenia usterki. W przypadku wskazania terminu przystąpienia do niezwłocznego usunięcia usterki przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę dłuższego niż 48 godzin oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. Czas reakcji serwisu rozumiany jest jako czas przystąpienia do usunięcia usterki od momentu zgłoszenia.

W ramach kryterium „**Czas reakcji serwisu z dojazdem do Zamawiającego**” będzie oceniany w następujący sposób:

| Lp. | Czas reakcji serwisu | Liczba przyznanych punktów |
|-----|----------------------|----------------------------|
| 1   | powyżej 48 godzin    | 0                          |
| 2   | 24 - 48 godzin       | 5                          |
| 3   | poniżej 24 godzin    | 10                         |

Oferta za kryterium „**Czas reakcji serwisu z dojazdem do Zamawiającego**” może otrzymać maksymalnie **10,00 pkt.**

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU:  $P = PC + PD + PG + PS$ .

#### VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą **brak podstaw do wykluczenia** z postępowania, zgodnie z treścią **Załącznika 2 do zapytania ofertowego**.

#### IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących **dokumentów**:

- a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2),
- b. Potwierdzenie parametrów techniczno - użytkowych (załącznik nr 3) **wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia**,
- c. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 4).

#### X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający upubliczni na swojej stronie internetowej oraz przekaże drogą elektroniczną na wskazany adres mail w ofercie.
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

#### **XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjent w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 2) będący podmiotem pozostającym z Beneficjent lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- 3) będący podmiotem powiązany lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
- 4) będący podmiotem powiązany osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

#### **XII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
  - a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
    - b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
    - c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  - b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
    - b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  - c. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
    - 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

- dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
  - d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  - e. zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub **konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron**, na umotywowany ich wniosek,
  - f. wystąpienia siły wyższej,
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Lanes Proteins Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50 - 052), ul. Widok 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000845880, NIP 7010986437, REGON 386290941 e-mail:contact@greenlanes.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Posiada Pani/Pan:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

#### **XV. ZAŁĄCZNIKI**

1. **Załącznik nr 1** - Formularz ofertowy.
2. **Załącznik nr 2** - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. **Załącznik nr 3** – Parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia
4. **Załącznik nr 4** - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

## Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
Miejscowość, data.....  
Dane Wykonawcy.....  
Adres, numer NIP.....  
Telefon kontaktowy, mail

**GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
ul. WIDOK nr 10  
50 – 051 WROCŁAW

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę aparatu do wysokosprawnej chromatografii ciekowej na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu składamy poniższą ofertę:

| Przedmiot zamówienia                             | cena netto za cały przedmiot zamówienia | Waluta |
|--|---|--------|
| aparat do wysokosprawnej chromatografii ciekowej |   |        |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
4. Oświadczamy, że **okres gwarancji wynosi ..... miesięcy**. Stanowi kryterium oceny ofert.
5. Oświadczamy, że **czas reakcji serwisu wynosi ..... godzin**. Stanowi kryterium oceny ofert.
6. Oświadczamy, że **czułość detektora fluorescencyjnego jako S/N Raman H2O wynosi .....** (pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise). Stanowi kryterium oceny ofert.
7. Oświadczamy, iż oferta ważna jest **30 dni od terminu składania ofert**.
8. **Oświadczamy**, że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

\* <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>

*(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),*

- \* [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg\\_public.ui/Search.aspx](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg_public.ui/Search.aspx)  
*(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])*
- \*-..... (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

*\*proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy.*

***W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty.***

9. **Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1) **Załącznik nr 2** - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
- 2) **Załącznik nr 3** – Parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia
- 3) **Załącznik nr 4** - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

.....  
*(podpis osoby upoważnionej)*

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

**OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Składając ofertę do zapytania ofertowego na **dostawę aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej** na potrzeby firmy **GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, oświadczam (oświadczamy), że **nie ma podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia** z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, polegające w szczególności na:

- 1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 2) będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- 3) będący podmiotem powiązany lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
- 4) będący podmiotem powiązany osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

.....  
Miejscowość i data

.....  
(podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

**PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

|   | Wymagane parametry przez Zamawiającego   | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej) |
|---|--|--|---|
| 1 | <p><b>Dwutłokowa pompa gradientowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formowanie gradientu 4 składnikowego po stronie niskiego ciśnienia</li> <li>• Zakres przepływu eluentu: od 0.001 do 10.000 ml/min</li> <li>• Precyzja natężenia przepływu <math>\leq 0.075\%</math> RSD</li> <li>• Dokładność przepływu nie gorsza niż <math>\pm 0.1\%</math>,</li> <li>• Zakres ciśnień roboczych: do min. 40 MPa w zakresie przepływu do co najmniej 3 ml/min</li> <li>• Degazer co najmniej 4 kanałowy</li> <li>• Automatyczne przemywanie tłoków</li> <li>• Wbudowany czujnik wycieku w pompie</li> </ul> |  |   |
| 2 | <p><b>Autosampler:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,1 <math>\mu</math>l do 100 <math>\mu</math>l z możliwością rozbudowy do większych objętości</li> <li>• pojemnik na min. 96 fiolek o obj. 1,5-2 ml</li> <li>• Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +45 °C</li> <li>• precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD</li> <li>• współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0025%</li> </ul>   |  |   |
| 3 | <p><b>Termostat do kolumn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termostat do kolumn na min. 1 kolumnę o średnicy 7,8 mm 30 cm długości z prekolumną</li> <li>• Termostatowanie kolumn w zakresie min.10 °C poniżej temperatury otoczenia do +85°C,</li> </ul>  |  |   |
| 4 | <p><b>Detektor UV-VIS z matrycą diodową</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres długości fali co najmniej 190-800 nm</li> <li>• Ilość elementów światłoczułych: min. 500</li> <li>• Częstotliwość zbierania danych minimum 80 Hz</li> <li>• Maksymalny poziom szumu: <math>1 \times 10^{-5}</math> AU</li> <li>• Maksymalny poziom dryftu <math>1 \times 10^{-3}</math> AU/h</li> </ul>  |  |   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celka przepływowa o drodze optycznej 10 mm i objętości max. 13 <math>\mu</math>l</li> </ul>  |  |  |
| 5 | <p><b>Detektor fluorescencyjny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres długości fal obejmujący przedział nie mniejszy niż od 200 do 750 nm</li> <li>• Czułość S/N: minimum 500 Raman H<sub>2</sub>O (pomiar czułości nie dotyczy czułości mierzonej w warunkach dark noise)</li> <li>• Cella pomiarowa o objętości nie większej niż 13 <math>\mu</math>l</li> <li>• Wbudowany czujnik wycieku cieczy</li> <li>• Wszystkie elementy zestawu sterowane, kontrolowane, umożliwiające zbieranie i obróbkę uzyskanych danych z jednego oprogramowania</li> </ul> <p>Możliwość monitorowania minimum 4 długości fali</p>  |  |  |
| 6 | <p><b>Oprogramowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC,</li> <li>• Kontrola zmian dokonanych na danych chromatograficznych</li> <li>• Możliwość tworzenia własnych raportów</li> <li>• Kontrola wszystkich modułów chromatografu w zakresie sterowania i zbierania danych</li> <li>• Generowanie wartości LOD i LOQ bezpośrednio z krzywej kalibracyjnej</li> </ul>   |  |  |
| 7 | <p><b>Zestaw instalacyjny</b> z niezbędnymi narzędziami i akcesoriami, wraz ze wszystkimi połączeniami, złączkami kapilarami itp. w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zestaw narzędzi i akcesoriów umożliwiający podstawowe czynności serwisowe, w tym wymiana uszczelki, tłoków i itp.</li> <li>• zestaw startowy zawierający elementy niezbędne do pierwszego uruchomienia aparatu (obejmujący butelki do faz HPLC oraz zbiornik na zlewki wraz z nakrętkami zawierającymi filtry uniemożliwiające wydostawanie się oparów rozpuszczalników</li> <li>• kolumna chromatograficzna właściwa do oznaczeń aminokwasów metodą OPA/FMOC z derywatyzacją w igle autosamplera wraz z uchwytem do przedkolumny i przedkolumnami</li> </ul> |  |  |
| 8 | <p><b>Dodatkowe wymagania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaproponowany aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej powinien zawierać jednostkę</li> </ul>   |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | sterującą o parametrach zalecanych przez producenta oferowanej aparatury oraz zestaw zawierający komputer i monitor 24 -27 cali WQHD |  |  |
|--|--|--|--|

- W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony) w kolumnie „Uwagi” **równoważności** zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.
- W razie opisanego Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w niniejszym załączniku w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
- Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. **Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.**
- Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji)

**Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego****Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| Miejscowość i data | Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy lub<br>upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

## Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

#### 1. Kary umowne:

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości:
  - 2,4 % ceny zamówienia netto, za każdy pełny tydzień opóźnienia w realizacji umowy, przekraczający termin wskazany w umowie, z zastrzeżeniem pkt 2.
  - 0,2 % % ceny zamówienia netto, za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji.
- 1) Maksymalna wysokość nałożonej na Wykonawcę kary umownej nie może przekroczyć 15% wartości całego zamówienia netto.
- 2) Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
- 3) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
1. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty odsetkowej.
2. Opóźnienie w terminach wskazanych w Umowie, wynoszące do 2 (dwóch) tygodni wolne będzie od naliczania kary umownej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w treści umowy dodatkowych kar zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy, w przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy.

#### 2. Finansowanie:

- 1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony, z zastrzeżeniem pkt. 2).
- 2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zaliczki do wysokości **30 %** ceny zamówienia netto oraz płatności częściowych do łącznej wysokości **50 %** ceny zamówienia netto. **Szczegółowy sposób płatności zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.**
- 3) Płatność końcowa minimum **20%** wartości netto zamówienia nastąpi w terminie do **14 dni** od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego, stwierdzającego bez zastrzeżeń dostawę, montaż, uruchomienie oraz inne czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia, jak również zakończone szkolenie.
- 4) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

#### 3. Odbiory:

Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru częściowego i/lub końcowego. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru.

#### 4. Gwarancja:

1. Okres gwarancji – ..... ( **minimum 12 miesięcy** ) od daty podpisania (bez zastrzeżeń) **protokołu odbioru końcowego**. Wykonawca zapewni dostęp do serwisu oraz dostępność części zamiennych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad w Przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
  3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad urządzeń Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy urządzenia w następujący sposób:
    - a. Od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, diagnostyka przez serwisanta nastąpi do ..... godzin (zgodnie z zaproponowaną wartością w kryterium oceny ofert) w miejscu realizacji projektu.
    - b. Maksymalny czas na usunięcie awarii do ..... godzin od diagnostyki, chyba że awaria dotyczy części nie będących przedmiotem standardowych napraw. Po przedstawieniu diagnostyki i konieczności zamówienia niestandardowych elementów Wykonawca dokona naprawy urządzenia w terminie nieprzekraczającym .....dni roboczych,
    - c. W przypadku konieczności dostarczenia części z zagranicy na pisemny wniosek Wykonawcy, Zlecający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu naprawy.
  4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
  5. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.
  6. Za warunki realizacji gwarancji i napraw serwisowych zgodnie z zawartą umową odpowiada tylko wyłącznie Wykonawca, a nie producent przedmiotu zamówienia. Zamawiający w razie jakichkolwiek problemów kontaktuje się tylko i wyłącznie z wykonawcą umowy.
  7. Pozostałe, niezapisane warunki zostaną uregulowane na etapie zawierania umowy z wybranym wykonawcą lub pozostaną w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
5. **Odstąpienie od umowy**
- 1) Zamawiający, może odstąpić od zawartej umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
    - a. gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie, po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy,
    - b. gdy Przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, ofercie lub w umowie, a Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie usunie stwierdzonych naruszeń,
  - 2) Szczegółowe warunki rozliczenia na wypadek wypowiedzenia umowy zostaną ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.