

Szanowni Państwo,

Do zapytania ofertowego na dostawę aparatury do analizy zawartości białka w mieszance - metoda Kjeldahla na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu – wpłynęły następujące pytania:

1. We wstępie do szczegółowego opisu zamówienia pojawia się zapis „Urządzenie zostanie przeznaczone do (...) mineralizacji z chłodnicami zwrotnymi z wodą królewską”. Czy wspomniane chłodnice zwrotne również są przedmiotem zapytania i mają być uwzględnione w ofercie?

Zamawiający odpowiada, że chłodnice zwrotne nie są przedmiotem zapytania.

2. W ww. wstępie pojawia się również zapis „Urządzenie umożliwi (...) automatyczną analizę za pomocą zewnętrznego titratora”. Natomiast w minimalnych parametrach wymaganych dla jednostki destylującej pojawia się zapis „miareczkowanie automatyczne w jednostce destylującej”. Proszę o doprecyzowanie, czy jednostka destylacyjna powinna posiadać wbudowany moduł miareczkowania kolorymetrycznego, czy jednostka destylacyjna ma jedynie oddestylowywać próbkę, a miareczkowanie ma odbywać się przy użyciu zewnętrznego titratora?

Zamawiający informuje, że jednostka destylacyjna powinna posiadać wbudowany moduł miareczkowania kolorymetrycznego.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mineralizatora na 8 próbek?

Zamawiający odpowiada, że minimalna ilość próbek to 12 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert zostaje wydłużony:

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 26.03.2024 roku** drogą elektroniczną na adres: a.wilk@greenlanes.pl