

Szanowni Państwo,

Do zapytania ofertowego na dostawę narzędzi laboratoryjnych na potrzeby firmy **GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu – **wpłynęły następujące pytania:**

1. Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie pipet zmiennopojemnościowych o zakresach: JEST: zestaw pipet automatycznych z regulowaną pojemnością 1-10 μl , 10 – 200 μl , 100 – 1000 μl , 500 - 5000 μl , PROPONOWANE: zestaw pipet automatycznych z regulowaną pojemnością 0,5 -10 μl , 10 – 100 μl , 100 – 1000 μl , 500 - 5000 μl ,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw pipet automatycznych z regulowaną pojemnością 0,5 -10 μl , 10 – 100 μl , 100 – 1000 μl , 500 - 5000 μl

2. Czy do wytrząsarki z części nr 1 - dołączyć również przystawkę na płytki 96-dołkowe?

Odpowiedź: Tak, do wytrząsarki z części nr 1 powinna być dołączona przystawka na płytki 96-dołkowe

3. Czy przyrząd do pipetowania może być w zakresie 0,1 – 200 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaszła pomyłka pisarska, przyrząd do pipetowania powinien być w zakresie 0,1 – 200 ml.

4. Czy objętość płytki do testów Elisa może wynosić 0,39 ml – wówczas jaki kolor (bezbarwne, białe, czarne) oraz powierzchnię (hydrofobową czy hydrofilową) powinna posiadać ta płytka?

Odpowiedź: Objętość płytki do testów może wynosić 0,39 ml. Płytki powinny być o kolorze bezbarwnym, powierzchnia hydrofilowa.

5. Czy akceptują Państwo opakowania próbek Eppendorfa o czystości Eppendorf Quality zawierające 1000 szt.?

Odpowiedź: Tak, akceptujemy opakowania 1000 szt.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin składania ofert zostaje wydłużony:

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 25.03.2024 roku** drogą elektroniczną na adres: a.wilk@greenlanes.pl