

Majdan Krasieniński, dnia 12.04.2024r.

GREEN LANES PROTEINS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Majdan Krasieniński 42A
21 – 025 Niemce
NIP: 7010986437

Szanowni Państwo,

Do zapytania ofertowego na dostawę wagi analitycznej i wagosuszarki na potrzeby firmy **GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu – **wpłynęło następujące pytanie:**

Pytanie nr 1: Czy parametr „Dokładność wagi analitycznej min. 0,01mg” dotyczy odczytu czy pomiaru?

Odpowiedź nr 1: Dokładność wagi analitycznej min. 0,01 mg dotyczy odczytu.

Pytanie nr 2: Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące wymagań technicznych. Czy Zamawiający dopuszcza szalkę wagi analitycznej o średnicy 90mm lub 85 mm ?

Odpowiedź nr 2: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, Zamawiający dopuszcza szalkę wagi analitycznej o średnicy minimum 80 mm. Zgodnie z powyższym wskazane w pytaniu wartości spełniają zapisy zapytania ofertowego.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 19.04.2024 roku** drogą elektroniczną na adres: j.wojcik@greenlanes.pl