

Majdan Krasieniński, dnia 09.05.2024r.

GREEN LANES PROTEINS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Majdan Krasieniński 42A
21 – 025 Niemce
NIP: 7010986437

Szanowni Państwo,

Do zapytania ofertowego na dostawę aparatury do pomiaru tłuszczu- Soxhlet na potrzeby firmy **GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** do realizacji projektu pt. „*Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego*” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu – **wpłynęły następujące pytania:**

Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie tego punktu z postępowania:

- komplet wyposażenia umożliwiający jednoczesne przygotowanie nie mniej niż 12 próbek do ekstrakcji.

Odpowiedź nr 1: Intencją zamawiającego jest możliwość utrzymania ciągłości pracy aparatu do ekstrakcji, ograniczając przerwę między cyklami analizy do wymiany próbki poddawanej ekstrakcji, bez konieczności uprzedniego mycia wyposażenia aparatu. W przypadku aparatu umożliwiającego 6 jednoczesnych ekstrakcji, możliwość rozpoczęcie kolejnego cyklu ekstrakcji 6 próbek nie może być ograniczone koniecznością mycia wyposażenia jak np. kubków ekstrakcyjnych. W takiej sytuacji zamawiający dopuszcza, w zależności od konstrukcji aparatu, dostarczenie dwóch kompletów wyposażenia np. 2 x 6 kubków ekstrakcyjnych (12 sztuk), 2 stojaków na 6 kubków ekstrakcyjnych każdy itd.

Pytanie nr 2: Urządzenie posiada deklarację CE, natomiast w zapytaniu nie ma informacji jakie inne są wymagane certyfikaty i atesty. Wraz z urządzeniem możemy dostarczyć deklarację CE.

Posiada następujące normy, które wypisane są na deklaracji CE:

Our SX-6 TS fat extractor is designed to comply with the strictest international directives and standards, including the following:

- **EN-61010-1** Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements.
- **EN-61010-2-010 Part 2-010** Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials.
- **EN-61326** Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC Requirements.
- **2014/35/UE** Low voltage.
- **2014/30/UE** Electromagnetic compatibility.

Czy Zamawiający dopuszcza takie urządzenie?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wykreśla z zapytania ofertowego punkt 17 c i d.

Pytanie nr 3: 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy do 0,1%?

Odpowiedź nr 3: Nie. Zapisy dotyczące kar umownych dotyczą „za każdy tydzień opóźnienia”.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych za każdy dzień opóźnienia za usunięcie wad przedmiotu zamówienia do 0,1%?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 14.05.2024 roku** drogą elektroniczną na adres: a.wilk@greenlanes.pl